

Số: 238/CV-BV
V/v đề nghị cung cấp báo giá vật tư y
tế, hoá chất xét nghiệm

Yên Bái, ngày 21 tháng 11 năm 2023

Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh, cung cấp Vật tư y tế, hoá chất xét nghiệm

Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Yên Bái có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm Vật tư y tế, hoá chất xét nghiệm phục vụ công tác khám, chữa bệnh năm 2024 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Yên Bái
- Thông tin liên hệ của người tiếp nhận báo giá: Chu Thị Lan Phương
- Chức vụ: Phó khoa Dược
- Địa chỉ gmail: Khoaduocyhctyb@gmail.com.
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
- Báo giá (có đóng dấu hợp pháp của đơn vị) xin gửi về Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Yên Bái. Số 723, Đường Yên Ninh, Phường Minh Tân, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái;
- Báo giá bản mềm gửi theo địa chỉ email: Khoaduocyhctyb@gmail.com.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 07h30 ngày 01 tháng 12 năm 2023 đến trước 16h30 ngày 01 tháng 12 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

Hiện nay Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Yên Bái đang lập dự toán mua sắm Vật tư y tế, hoá chất xét nghiệm phục vụ công tác khám, chữa bệnh năm 2024 cụ thể như sau:

STT	Tên hàng hoá	Tính năng/ Yêu cầu kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
I. Vật tư y tế				
1	Cồn 70	Cồn 70 độ, trong suốt không màu Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001	Lít	160

2	Dung dịch khử khuẩn dụng cụ mức độ cao	Thành phần chính: Ortho-Phthaladehyde $\geq 0,55\%$. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001	Lít	50
3	Băng cuộn	Kích thước: 10cm x 5m. Sản phẩm được dệt từ sợi 100% cotton Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001	Cuộn	50
4	Băng dính cá nhân	Băng cá nhân vải có độ dính cao Kích thước 2cm x 6cm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001	Miếng	1500
5	Băng dính lụa	Nền vải lụa Taffeta trắng, Keo oxide kẽm.. Kích thước 5cm x 5m Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001	Cuộn	30
6	Bông Y tế thấm nước	100% bông xơ tự nhiên. Loại 1kg/gói Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001	Kg	80
7	Bơm tiêm Insulin, dùng 1 lần	Dung tích 1ml, Tiệt trùng bằng khí EO Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001	Cái	5.000
8	Bơm tiêm sử dụng một lần 5 ml	Bơm tiêm nhựa liền kim 5ml, cỡ kim 23G - 25G; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001	Cái	45.000
9	Chỉ khâu phẫu thuật tự tiêu liền kim vô trùng (số 3/0)	Chỉ khâu phẫu thuật tự tiêu liền kim vô trùng số 3/0 Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001	Sợi	460
10	Kim cấy chỉ các số	Kim cấy chỉ dùng một lần các số Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001	Cái	480

11	Dây hút nhót	Chất liệu PVC mềm, đường kính chiều dài các cỡ Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001	Cái	06
12	Găng kiểm tra dùng trong y tế có bột	Chất liệu cao su, có bột, các cỡ Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001	Đôi	20.000
13	Găng phẫu thuật	Chất liệu cao su tự nhiên, có bột chống dính, đã tiệt khuẩn. Kích cỡ: số 7 Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001	Đôi	200
14	Gel siêu âm	Gel bôi trơn gốc nước được dùng trong siêu âm chẩn đoán y khoa Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001	Lít	10
15	Giấy điện tim 3 căn	Giấy điện tim kích thước rộng 63mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001	Cuộn	70
16	Giấy in máy xét nghiệm nước tiểu	Giấy in nhiệt kích thước rộng 58mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001	Cuộn	30
17	Khẩu trang y tế	Khẩu trang y tế 3 lớp, 50 cái/ hộp Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001	Cái	16.500
18	Kim châm cứu số 10	Chất liệu thép không gỉ Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001	Cái	20.000
19	Kim châm cứu số 6	Chất liệu thép không gỉ Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001	Cái	450.000
20	Kim quang dẫn laser nội mạch	Chất liệu ETFE. Tiệt trùng Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO	Cái	3.000

		9001		
21	Kim luồn tĩnh mạch không cánh, không cửa	Nòng kim bằng thép không rỉ, sắc, cắt vát 3 mặt. Thân catheter chất liệu ETFE. Đầu catheter ôm kim. Tiệt trùng Kích cỡ kim: số 22G Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001	Cái	45.000
22	Kim lấy thuốc	Chất liệu: kim chất liệu thép không gỉ kích cỡ kim G18 Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001	Cái	3.000
23	Mặt nạ thở oxy	Chất liệu: Nhựa PVC y tế. có dây dẫn có chiều dài $\geq 2\text{m}$ size M Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001	Bộ	10
24	Phim X-quang 20x25 cm	Phim khô Laser cỡ 20x25 cm. tương thích máy in phim khô laser Fujifilm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001	Tờ	750
25	Bóp bóng Ambu	Được sản xuất từ nhựa PVC. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001	Bộ	04
26	Cốc đựng mẫu có nắp	Chất liệu nhựa PS, kích thước 16*38mm, 2.5-3ml. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Cái	3.000
27	Ống nghiệm đựng nước tiểu	Ống nghiệm PS tinh khiết 100%, dung tích 10ml, kích thước 16x100mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001	Cái	3.000
II. Hoá Chất xét nghiệm				
1	Huyết thanh thử nhóm máu Anti A	Kháng thể đơn dòng được tạo ra từ chuỗi tế bào Hybridoma bằng cách	ml	10

		kết hợp kháng thể chuột tạo ra tế bào Lympho B với tế bào tủy chuột dùng để thử nghiệm ngưng kết hồng cầu xác định nhóm máu. ISO 13485 hoặc CE		
2	Huyết thanh thử nhóm máu Anti B	Kháng thể đơn dòng được tạo ra từ chuỗi tế bào Hybridoma bằng cách kết hợp kháng thể chuột tạo ra tế bào Lympho B với tế bào tủy chuột dùng để thử nghiệm ngưng kết hồng cầu xác định nhóm máu. ISO 13485 hoặc CE	ml	10
3	Huyết thanh thử nhóm máu Anti AB	Kháng thể đơn dòng được tạo ra từ chuỗi tế bào Hybridoma bằng cách kết hợp kháng thể chuột tạo ra tế bào Lympho B với tế bào tủy chuột dùng để thử nghiệm ngưng kết hồng cầu xác định nhóm máu. ISO 13485 hoặc CE	ml	10
4	Huyết thanh hiệu chuẩn cấp độ 1	1. Thành phần: huyết thanh đông khô nguồn gốc con người. 2. Tương thích với máy xét nghiệm sinh hóa tự động XL200 ISO 13485 hoặc CE	ml	70
5	Huyết thanh kiểm soát trong phạm vi bình thường	1. Thành phần: huyết thanh đông khô nguồn gốc con người. 2. Tương thích với máy xét nghiệm sinh hóa tự động XL200 ISO 13485 hoặc CE	ml	70
6	Huyết thanh kiểm soát trong phạm vi bất thường	1. Thành phần: huyết thanh đông khô nguồn gốc con người. 2. Tương thích với máy xét nghiệm sinh hóa tự động XL200 ISO 13485 hoặc CE	ml	65
7	Hóa chất xét nghiệm huyết học	Bộ hoá chất gồm : (Hoá chất rửa, hoá chất pha loãng, hoá chất ly giải)	Bộ	18

		Tương thích với máy xét nghiệm Máy xét nghiệm huyết học D3 Drew Scientific 18 thông số ISO 13485 hoặc CE		
8	Hóa chất xét nghiệm định lượng GPT/ALT	Thành phần gồm các loại thuốc thử, định lượng Alanine Aminotransferase (ALT) Tương thích với máy xét nghiệm sinh hóa tự động XL200 ISO 13485 hoặc CE	ml	1.500
9	Hóa chất xét nghiệm định lượng GOT/AST	Thành phần gồm các loại thuốc thử, định lượng Aspartate Aminotransferase (AST) Tương thích với máy xét nghiệm sinh hóa tự động XL200 ISO 13485 hoặc CE	ml	1.500
10	Hóa chất xét nghiệm định lượng Cholesterol	Thành phần gồm các loại thuốc thử, định lượng Cholesterol .Tương thích với máy xét nghiệm sinh hóa tự động XL200 ISO 13485 hoặc CE	ml	2.160
11	Hóa chất xét nghiệm định lượng Creatinine	Thành phần gồm các loại thuốc thử, định lượng Creatinine. Tương thích với máy xét nghiệm sinh hóa tự động XL200 ISO 13485 hoặc CE	ml	1.500
12	Hóa chất xét nghiệm định lượng Ure	Thành phần gồm các loại thuốc thử, định lượng Urea .Tương thích với máy xét nghiệm sinh hóa tự động XL200 ISO 13485 hoặc CE	ml	1.500
13	Hóa chất xét nghiệm định lượng Glucose	Thành phần gồm các loại thuốc thử, định lượng Glucose .Tương thích với máy xét nghiệm sinh hóa tự động XL200 ISO 13485 hoặc CE	ml	3.600

14	Hóa chất xét nghiệm định lượng Triglycerid	Thành phần gồm các loại thuốc thử, định lượng Triglyceride. Tương thích với máy xét nghiệm sinh hóa tự động XL200 ISO 13485 hoặc CE	ml	2.100
15	Hóa chất xét nghiệm định lượng Acid uric	Thành phần gồm các loại thuốc thử, định lượng Acid uric. Tương thích với máy xét nghiệm sinh hóa tự động XL200 ISO 13485 hoặc CE	ml	300
16	Nước rửa máy sinh hóa	Sử dụng cho máy sinh hoá tự động XL 200 Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001	ml	5.600
17	Que thử nước tiểu 11 thông số	Được dùng để định lượng bán tự động các chỉ số: Ascorbic Acid, Leukocytes, Ketones, Nitrite, Urobilinogen, Bilirubin, Protein, Glucose, SG (tỷ trọng) Blood và PH trong nước tiểu Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Test	4.200
18	Test HIV	Test xét nghiệm để tìm kháng thể kháng HIV. Phân biệt được kháng thể kháng HIV-1 và HIV-2. Độ nhạy $\geq 99,5\%$; Độ đặc hiệu $\geq 98\%$. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Test	100
19	Test HBsAg	Test định tính phát hiện kháng nguyên HBV trong mẫu huyết thanh, huyết tương người. Độ nhạy 100 % ; Độ đặc hiệu $\geq 98\%$. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Test	100
20	Dầu parafin	Dung dịch màu trắng, không màu, không mùi	ml	2.500
21	Test xét nghiệm HbA1c	Thành phần hóa chất Hóa chất R1 - Boronate derivative 0,04 mg	Test	1.500

	- Organic solvent 6,2 % - Lysing agent 0,15 % Hóa chất R2 - Detergent 0,5 % Cartridge - Bộ lọc (sợi thủy tinh) - Màn lọc (Nylon) - Miếng hấp thụ (sợi thủy tinh) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485		
Tổng (I) + (II): 48 mặt hàng			

Bệnh viện kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp gửi báo giá về Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Yên Bái để bệnh viện có cơ sở tổng hợp, lập dự toán gói thầu.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, KD.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Hùng

Tên đơn vị

Phụ lục
BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi:.....

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Yên Bái, chúng tôi:trân trọng gửi quý khách hàng bảng báo giá các mặt hàng chúng tôi có thể cung cấp như sau:

STT	Tên TBYT	Tên thương mại	Yêu cầu/ Tiêu chuẩn kỹ thuật	Hãng/nước sản xuất	Quy cách	Đơn vị tính	Đơn giá dự kiến (VNĐ)

Lưu ý:

1. Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và phí vận chuyển đến nơi sử dụng
2. Báo giá kèm theo các tài liệu sau đây:
 - 2.1. Tài liệu mô tả kỹ thuật của hàng hoá nếu có.
 - 2.2. Giấy chứng nhận lưu hành tự do và giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001 (nếu có)

